

Le specifiche tecniche

Descrizione ciclo	Temperatura termodisinfezione	Tempo di lavaggio	Tempo di termodosinfezione	A ₀	Tempo totale del ciclo
Ciclo manipoli	90 °C	13'	4'	3.000	34'



Dotazione standard:

- 4 adattatori turbine
- 3 adattatori manipoli micromotore
- 1 adattatore per punte detartaratore (3 punte ogni adattatore)
- 4 tappi

02/2021 SHMDIT11S00
 Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.



TETHYS HMD

La rivoluzione di un'evoluzione



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment
Sede legale ed amministrativa
Headquarters
 Cefla s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653111
 fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
 Via Bicocca, 14/c
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653441
 fax +39 0542 653601




Making Your Life Better.



Grazie al nuovo accessorio **HMD**, Tethys H10 diventa anche un termodisinfettore per manipoli

Con l'utilizzo di questo nuovo accessorio, sarà possibile lavare, termodisinfettare ed asciugare fino a 6 strumenti (turbine o manipoli micromotore) contemporaneamente. Utilizzabile su tutti i Tethys H10, anche quelli già installati, sarà semplicemente necessario un aggiornamento firmware per rendere il termodisinfettore una macchina ancora più completa.



Ciclo Manipoli

Con il nuovo ciclo manipoli e l'utilizzo del supporto dedicato, sarà possibile effettuare, in soli 34 minuti, un ciclo composto da:

- Lavaggio (senza ultrasuoni)
- Termodisinfezione
- Asciugatura

L'efficacia della termodisinfezione su superfici esterne è verificata secondo i requisiti delle norme EN15883-1 e EN15883-2.



Massima flessibilità

Il supporto potrà essere facilmente montato e smontato per permettere l'utilizzo del cestello tradizionale e mantenere la funzione originale del Tethys H10 di termodisinfettore con ultrasuoni.



Adattatori per qualsiasi necessità

Gli strumenti che potranno essere trattati sono:

- Turbine
- Manipoli micromotore
- Punte per ablatore

Basterà montare l'adattatore specifico per la famiglia di strumenti, al fine di assicurare un corretto trattamento dello strumento.



Adattatore per manipoli micromotore
Permette di trattare i manipoli micromotore



Adattatore per turbina
Permette di trattare le turbine



Adattatore per punte del detartatore
Permette di trattare fino a 3 punte per detartatore contemporaneamente



Tappo
Necessario per chiudere gli attacchi che non vengono utilizzati

